



Gdańsk, dnia 02.09.2010 r.

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego jednorazowego użytku i systemu zamkniętego do pobierania krwi**

Nr sprawy: **SZOZ-022/359/2010**

Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo zamówień publicznych, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1.**

**Pakiet nr 10** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 10 prześcieradła o szer. 50 cm dł. 80 m, z perforacją co 38 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 2**

**Pakiet nr 11** Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 1 i utworzy oddzielne jednorodnie tematycznie zadanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 11 i tworzy nowy pakiet nr 13. **Pakiet** otrzymuje brzmienie:

**PAKIET NR 13**

Lp	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	Wkład workowy (pojemnik jednorazowy) do ssaków próżniowych	szt.	2 400							
<b>Razem:</b>								<b>X</b>		

**WYMAGANIA:**

- pojemność 1000 ml, z przykrywką, dwoma krućcami (1-pacjent, 1-źródło zasilania)
- Zamawiający posiada pojemniki Firmy Promed

**Pytanie 3**

**Pakiet nr 11** Czy Zamawiający dopuści system konkurencyjny do opisanego pod warunkiem doposażenia szpitala w niezbędną ilość oprzyrządowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** inny system pod warunkiem doposażenia. Posiadamy 8 stanowisk.

**Pytanie 4**

**Pakiet nr 11** Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 wkłady workowe o pojemności 1L uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki zapobiegającej wypływowi wydzieliny. Wkłady posiadają w pokrywie 2 króćce ( próżnia, ssanie, w tym króćciec ortopedyczny) o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wkłady nie posiadają portów do pobierania próbek, co jest rozwiązaniem przestarzałym, powodującym zwiększenie ryzyka kontaktu z odsysaną wydzieliną? W zestawie łącznik stożkowy.

W skład zestawu wchodzi pojemniki przezroczyste, ze skalą pomiarową, wyposażone w zaczepek do mocowania, nie posiadające żadnych przyłączy ( wszystkie w pokrywie wkładów jednorazowych) .

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie 5**

**Pakiet nr 11** Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładów znajdowały się tylko dwa króćce co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6**

**Pakiet nr 11** Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności, co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtrów we wkładzie?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **wymaga** aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data

ważności.

**Pytanie 7**

**Pakiet nr 2** – Czy Zleceniodawca z pakietu nr 2 wyodrębni jako oddzielny pakiet pozycję drugą – Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża** zgody.

**Pytanie 8**

**Pakiet Nr 1 poz. 3** - Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 pozycję 3 zawierającą elektrody do badań holterowskichw jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na wydzielenie poz. 3 z Pakietu nr 1 i tworzy oddzielny **pakiet nr 14**. Pakiet otrzymuje brzmienie:

**PAKIET NR 14**

Lp	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	Elektrody jednorazowe uniwersalne do holtera EKG	op.= 30 szt	30							
<b>Razem:</b>							<b>X</b>			

**Wartość brutto słownie złotych:**.....

**Pytanie 9**

**Pakiet nr 1 poz. 3** – Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do badań holterowskich jednorazowe o podłożu z pianki z żelem stałym o Ø 50 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający Zamawiający dopuszcza elektrody do badań holterowskich jednorazowe o podłożu z pianki z żelem stałym o Ø 50 mm i Ø 30 mm

**Pytanie 10**

**Pakiet nr 1 poz. 3** - Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do badań holterowskich jednorazowe o podłożu z włókniny (flizeliny) z żelem o Ø 55 mm.

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody**.

**Pytanie 11**

**Pakiet nr 2 poz. 1** Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 pozycję 1 zawierającą elektrody pediatryczne do EKG w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 2a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**.

**Pytanie 12**

**Pakiet nr 2 poz. 1** Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dzieci na piance z żelem stałym o Ø 30 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**.

**Pytanie 13**

**Umowa § 3 ust. 4** – Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru zakwestionowanego w terminie 7 dni od powzięcia informacji o reklamacji Zamawiającego lub w tym terminie udzieli odpowiedzi”.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższą zmianę.

**Pytanie 14**

**Pakiet nr 2** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 elektrod pediatrycznych o rozmiarze 42 mm x 37 mm o zaokrąglonym kształcie, z „języczkiem” lub o rozmiarze 45 mm x 42 mm, okrągłych z „języczkiem” lub ewentualnie okrągłych, o średnicy 30 mm.

**Odpowiedź:** **Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie 15

**Dotyczy Rozdz. V 1.2) SIWZ** Zamawiający wymaga, w punkcie V 1. 2) SIWZ, posiadania doświadczenia w postaci wykonania lub wykonywania co najmniej 2 zamówień na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku i systemu zamkniętego do pobierania krwi.

Naszym zdaniem z tak opisanego warunku wynika, że wykonawca, niezależnie od tego w której części zamówienia składa ofertę, powinien wykazać się doświadczeniem zarówno w zakresie dostarczania artykułów medycznych jednorazowego użytku, jak i systemu zamkniętego do pobierania krwi.

W przypadku wykonawcy startującego np. w pakietach 1 i 2 taki warunek jest naszym zdaniem absolutnie nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Całkowicie wystarczające jest w tym przypadku wykazanie się doświadczeniem w zakresie realizacji zamówień na dostawę artykułów jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:**Zamawiający zmienia treść wymagań:**posiadania wiedzy i doświadczenia;**

- *Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi stanowiącemu przedmiot niniejszego postępowania tzn. wykonali lub wykonują należycie 2 zamówienia na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku lub systemu zamkniętego do pobierania krwi każde zrealizowane w wartości nie mniejszej niż zaoferowana łączna wartość brutto oferty złożonej w niniejszym postępowaniu (podanej w formularzu oferty zał. nr 2 do SIWZ)*

### Pytanie 16

**Dotyczy wzoru umowy:**

1. Prosimy o obniżenie kar umownych przewidzianych w §7 ust. 1 i 2 z 0,5 do 0,3%.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

2. Prosimy o odniesienie kary przewidzianej w §7 ust. 2 do wartości brutto towarów niewymienionych na wolne od wad w terminie.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

3. Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w §7 ust. 4 do wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody.**

4. Z uwagi na długi okres obowiązywania umowy prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen łączących Strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w części z nich):

- a) odchylenia od kursu walut wzrost/spadek 10% stosunku do kursu z dnia złożenia oferty ..... 2010 r. (wg tabeli NBP). Wzrost/ spadek będzie weryfikowany w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym występują notowania kursu walut NBP a strony ustalają cenę na kolejny miesiąc;

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody.**

- b) zmiany stawki podatku VAT bądź stawek celnych i innych podobnych opłat publicznoprawnych związanych z wprowadzeniem na polski obszar celny asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia;

**Odpowiedź:**Zamawiający zmienia Par.5 umowy: “ Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen w okresie trwania umowy i nie będzie możliwa ich zmiana, chyba że na korzyść Zamawiającego z zastrzeżeniem:

- przy zmianie stawki podatku Vat, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

- c) podyktowanej przez producenta, udokumentowanej zmiany cen asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody.**

### Pytanie 17

**Pakiet nr 7 -** Zwracamy się z prośbą wyrażenie zgody możliwość zaoferowania niejałowego drenu do ssaka posiadającego co 90cm wstawek, które służą do przecięcia. Dren w taki sposób przecięty osiąga jednocześnie końcówki.

W tej sytuacji bezprzedmiotowy staje się wymóg określony w poz. 2

W przypadku zaakceptowania proponowanego drenu, prosimy o uznanie poz nr 2 jako nieobowiązującej.

**Odpowiedź:**Zamawiający **dopuszcza** dren niejałowy do ssaka posiadający co 90 cm wstawki i końcówki. Wobec powyższego uznajemy poz. 2 jako nieobowiązującą.

### Pytanie 18

**Pakiet nr 11 poz. 1** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych do ssaków próżniowych, w których zainstalowany jest tylko jeden port przyłączeniowy - w kierunku pacjenta. Drugi port ( do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** wkłady workowe do ssaków próżniowych z jednym portem przyłączeniowym – w kierunku pacjenta, drugi port ( do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku. Warunkiem jest wymiana osprzętu do 8 stanowisk.

### Pytanie 19

**Pakiet nr 11 poz. 2** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** (odpowiedź **Pytanie 3**)

**Pytanie 20**

**Pakiet nr 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu bibułowo- foliowego o dł. 40m z odpowiednim przeliczeniem ilości lub ceny?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** podkład bibułowo-foliowy o dł. 40 m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 21**

**Pakiet nr 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu bibułowo- foliowego o szer. 51cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** podkład bibułowo-foliowy o szer. 51 cm.

**Pytanie 22**

**Dotyczy umowy:** Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podpisze umowę z tym Wykonawcą który zaproponuje najniższą cenę w danym pakiecie (Czyli na każdy pakiet z innym Wykonawcą).

**Pytanie 23**

**Pakiet nr 6 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu potwierdzenia przez producenta o możliwości użycia rurki powyżej 25 dni. Taki zapis narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz sugeruje, iż do tak skonstruowanego pakietu może przystąpić jedynie jedna firma.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** brak potwierdzenia przez Wykonawcę.

**Pytanie 24**

**Dotyczy umowy:** W/w ust. wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia oraz w przypadku nie dokonania wymiany reklamowanego towaru w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego.

Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar.**

**Pytanie 25**

**Dotyczy umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości opłat na rzecz Skarbu Państwa, czyli np. zmiany przepisów celno-podatkowych, kursu walut, podatku VAT ?

**Odpowiedź:** Patrz Pytanie 16 Odpowiedź b.

**Pytanie 26**

**Dotyczy umowy § 4 ust. 2** Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27**

**Dotyczy umowy § 7 ust. 1** Prosimy o zmianę wysokości kar umownych w przypadku nieterminowych dostaw, na 0,1% wartości brutto zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w par. 2 pkt 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytanie 28**

**Dotyczy umowy § 7 ust. 2** -Prosimy o zmianę wysokości kar umownych w przypadku nie dokonania wymiany reklamowanego towaru na 0,1% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w par. 3 pkt 4.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytanie 29**

**Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4** Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

*Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.*

**Odpowiedź:** zamawiający zmienia treść ust. 4 par. 7 „, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 30**

**Dotyczy wzoru umowy:** Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.

**Odpowiedź:** Patrz Pytanie 16 Odpowiedź b.

**Pytanie 31**

**Pakiet nr 12 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawkę o pojemności 2,6 ml spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**.

**Pytanie 32**

**Pakiet nr 12 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści igłę systemową o długości 40 mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**.

**Pytanie 33**

**Pakiet nr 12 poz. 5** Czy Zamawiający dopuści igłę motylkową o długości 120 mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**.