



Gdańsk, dnia 03.09.2010 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę **odczynników laboratoryjnych**

Nr sprawy: **SZOZ-022/372/2010**

Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo zamówień publicznych, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### **PYTANIE 1.**

**Pakiet nr 5** Czy zapotrzebowanie na artykuły do bakteriologicznej diagnostyki chorób zakaźnych E-testy z antybiotykami Zamawiający wymaga, by testy pochodziły od jednego producenta i były wykonane z plastiku z gradientem 15 podwójnych stężeń każdego antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów?  
Uzasadnienie: Wymóg, aby paski były wykonane z plastiku i pochodziły od jednego producenta jest bardzo istotny. Paski plastikowe wykazują się stabilnością, trwałością, są odporne na wilgoć i zmiany temperatury, łatwo się je aplikuje a po otwarciu opakowania są stabilne. Paski od jednego producenta są ze sobą kompatybilne, co gwarantuje dobrą jakość oznaczeń. Pasków używa się do oznaczenia lekowrażliwości wieloopornych szczepów bakteryjnych z trudnych zakażeń, dlatego ich jakość jest tak ważna.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wymaga** aby testy były plastikowe. **Nie muszą** pochodzić od jednego producenta.

### **PYTANIE 2**

**Pakiet nr 5** Czy zapotrzebowanie na artykuły do bakteriologicznej diagnostyki chorób zakaźnych E-testy z antybiotykami Zamawiający wymaga, aby testy do oznaczania wartości MIC posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka d/s lekowrażliwości, w związku z istotą procedury jaką wykonuje się przy ich użyciu i wymaga dołączenia jej do oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wymaga**, aby testy do oznaczania wartości MIC posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka d/s lekowrażliwości i wymaga dołączenia jej do oferty.

### **PYTANIE 3**

**Pakiet nr 5** Czy w pakiecie 5 – zapotrzebowanie na artykuły do bakteriologicznej diagnostyki chorób zakaźnych E-testy z antybiotykami Zamawiający odstąpi od wymogu, aby do testów były dołączone szczepy kontroli jakości z 1-go pasażu i dopuści szczepy z 4-go pasażu?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę**.

### **PYTANIE 4**

**Pakiet nr 13 (było 5 poz. 9)** Czy w pakiecie 5 – zapotrzebowanie na artykuły do bakteriologicznej diagnostyki chorób zakaźnych E-testy z antybiotykami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 Ceftriakson o zakresie 0,016-256 µg/ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

### **PYTANIE 5**

**Pakiet nr 18 (było 5 poz. 14)** Czy w pakiecie 5 – zapotrzebowanie na artykuły do bakteriologicznej diagnostyki chorób zakaźnych E-testy z antybiotykami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 14 Kolistyny o zakresie 0,016-256 µg/ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

### **PYTANIE 6**

**Pakiet nr 5-33 (było pakiet nr 5)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków MIC wykonanych z trwałej bibuły, pakowanych po 30 szt, które są produktem równoważnym dla E-testów?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**.

### **PYTANIE 7**

**Pakiet nr 5-33 (było pakiet nr 5)** Zamawiający proszony jest o wskazanie ilości oraz nazw szczepów, wymaganych do kontroli jakości

**Odpowiedź:** Zamawiający podaje ilości i nazwy szczepów:

– Bacteroides fragilis ATCC 25285

- Bacteroides thetaiotomicron ATCC 29741
  - Enterococcus faecalis ATCC 29212 + ATCC 51299
  - Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
  - Neisseria meningitidis ATCC 13102
  - Escherichia coli ATCC 25922
  - Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
  - Haemophilus influenzae ATCC 49247 i ATCC 49766
  - Candida parapsilosis ATCC 22019 lub Candida krusei ATCC 6255 lub Candida albicans ATCC 90028
  - Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
- Ilość szczepów 12.

#### PYTANIE 8

**Pakiet nr 5-33 (było pakiet nr 5)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów z 4 pasażu.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę**.

#### PYTANIE 9

**Pakiet nr 3 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści ofertę na test do identyfikacji grzybów izolowanych z kolonii pozwalających na identyfikację *C.albicans*, *C.ciferrii*, *C.dublinsiensis*, *C.famata*, *C.glabrata*, *C.guilliermondii*, *C.inconspicua*, *C.kefyr*, *C.krusei*, *C.lipolytica*, *C.lusitaniae*, *C.novegensis*, *C.parapsilosis*, *C.rugosa*, *C.sake*, *C.tropicalis*, *C. zeylanoides*, *C.albidus*, *C.laurentii*, *C.Neoformans*, *C.unoguttulatus*, *G.candidum*, *G.capitatum*, *K.apiculata*, *R.glutinis*, *R.mucilaginosa*, *S.cerevisiae*, *T.asahii*, *T.inkin*, *T.mucoides*, *T.spp*, *P.wickerhamii*?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**.

#### PYTANIE 10

**Pakiet nr 3 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści test do lekowrażliwości grzybów bez nystatyny?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**.

#### PYTANIE 11

**Pakiet nr 3 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści test zawierający itraconazol zamiast ekonazolu – substancję stosowaną w leczeniu w Polsce w stosunku do której opisywano przypadki oporności (dla ekonazolu nie zanotowano przypadku oporności)?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

#### PYTANIE 12

**Dotyczy wzoru umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 1 ust. 2 zapisu “Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na taki zapis.

#### PYTANIE 13

**Dotyczy wzoru umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 5 zapisu “Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**.

b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający **zmienia § 5 umowy:** “ Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen w okresie trwania umowy i nie będzie możliwa ich zmiana, chyba że na korzyść Zamawiającego z zastrzeżeniem: przy zmianie stawki podatku Vat, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

Na pozostałe warunki Zamawiający **nie wyraża zgody**.

c. Zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**.

d. Istotnej zmiany cen przez producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**.

#### PYTANIE 14

**Dotyczy wzoru umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 7 ust. 4 zapisu “10% wartości brutto określonej w § 1 pkt. 3” na “10% wartości niezrealizowanej części umowy”

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia treść ust. 4 par. 7 „ Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

**PYTANIE 15**

**Pakiet nr 5-33** Dotyczy pakietów od numeru 5 do 33: Wobec decyzji Zamawiającego dotyczącej podziału dotychczasowego pakietu nr 5 na poszczególne pozycje i utworzenie z nich odrębnych pakietów, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wymogu dotyczącego dostarczenia do każdej pozycji (po podziale rozumiane jako "do każdego z pakietów od numeru 5 do 33") szczepów wzorcowych z pierwszego pasażu? Pragniemy zaznaczyć, iż wartość oferowanych szczepów niejednokrotnie przekroczy wartość oferty na odczynniki w poszczególnych pakietach, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych, LUB o przywrócenie pierwotnego brzmienia pakietu nr 5 oraz podanie wykazu wymaganych szczepów wzorcowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje szczepów wzorcowych do tych E-testów , które w przetargu wygra oferent, a wszystkich szczepów wzorcowych jest 12. Zamawiający wyraził zgodę na szczepy wzorcowe z czwartego pasażu.

**PYTANIE 16**

**Pakiet nr 8, 9, 10** Czy w pakietach nr 8, nr 9 oraz nr 10 nie nastąpiła pomyłka w określeniu stężenia antybiotyku na pasku E test?

**Odpowiedź:** w pakiecie nr 8 powinno być E-Test Ampicylina /Sulbactam AB 2/1/. Pozostałe pakiety czyli 9 i 10 nazwy są zgodne z katalogiem Producenta AB Bidisc.

**PYTANIE 17**

**Pakiet nr 24** Czy w pakiecie 24 Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie Ticarcyliny z kwasem Clawulanowym?

**Odpowiedź:** Tikarcylina z kwasem clawulanowym jest w Pakiecie nr 9 wobec powyższego Zamawiający **nie wyraża zgody.**